

Отзыв  
на применение дезинфицирующего средства « Абактерил»

В КГП « Родильный дом г. Караганды» в течение июня месяца проводилась апробация дезинфицирующего средства « Абактерил».  
Было получено для проведения апробации 3 л средства.  
Учитывая характеристику испытуемого дез. средства, а именно: препарат без содержания хлора, обработка разрешена в присутствии людей, разрешено применение в отделениях для новорожденных, не вызывает аллергии – все это позволило провести апробацию указанного дезинфицирующего средства в детском отделении: палате интенсивной терапии, перинатальном блоке  
Проводимые лабораторные исследования – смывы на патогенную микрофлору, стафилококк, исследования воздуха указанных помещений на ОМЧ, патогенный стафилококк, грибы - не обнаружили указанных микроорганизмов.  
Удобство испытуемого средства в том, что не требуется смывания с поверхности, подлежащей обработке  
Апробировано дез. средство при проведении дезинфекции и предстерилизационной очистки в одном процессе мед. инструментария в опер. блоке. Качество очистки инструментария проверялось постановкой азопирамовых проб на скрытую кровь, во всех случаях результаты были отрицательными..  
Длительный срок хранения концентрата и рабочих растворов удобен в использовании в повседневной практике.

По результатам проведенной апробации дезинфицирующего средства « Абактерил» отзыв – положительный.

Врач эпидемиолог:

Ст мед. сестра детского отделения:

Ст. операционная мед. сестра:



Пургель Н.Я.

Атрохова Л. А.

Жиленкова А.И.